

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张小平	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 陇南市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 陇南市武都区中医院更换CT球管项目	
	供应商名称: 甘肃博识医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 球管作为CT机重要核心部件,必须与原机型完全匹配,无缝衔接,才能保证机器正常运行。该院现使用16排CT机系GE原厂生产研发,所用球管(KEVOLUTION, ACTSVCT16)只有甘肃博识医疗设备有限公司为唯一授权供应商,该项目具有唯一性,故必须从该供应商处采购。	
专业人员签字	张小平	日期: 2022年6月13日


注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 羊耀文	
	职称: 中收	
	工作单位: 市医院	
项目信息	项目名称: 陇南市礼县中医医院更换CT球管项目	
	供应商名称: 甘肃博诚医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 球管作为CT最重要的核心部件,须与主机完全匹配方可确保设备正常运行。经论证该球管(REVOLUTION ACT SVC16)只能从甘肃博诚医疗设备有限公司采购。该公司为该院授权的唯一供应商,该项目具有唯一性,只能从唯一供应商处采购,故必须采用单一来源采购方式采购。	
专业人员签字		日期: 2025年6月3日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘 小 燕	
	职称: 高 级	
	工作单位: 陇南市中心医院	
项目信息	项目名称: 陇南武都区中医院更换CT球管项目	
	供应商名称: 甘肃博诚医疗设备有限责任公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 由于医院设备维修专业性较强,为避免设备停机影响患者诊断医治。经论证该球管(Revolution Act Service),只能从甘肃博诚医疗设备有限责任公司采购,该公司为陇南授权的唯一供应商,该项目具有唯一性,只能从唯一供应商处采购。必须采用单一来源方式采购。	
专业人员签字		日期: 2025年06月13日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。