

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025年6月12日

使用单位	天水市第四人民医院		
项目名称	天水市第四人民医院检验科生化仪器维护保养项目		
采购内容	自动生化分析仪维护保养		
项目金额	4.2 万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	王 强	副主任技师	天水市第三人民医院
专家论证意见	天水市第四人民医院检验科使用的贝克曼生化分析仪是进口设备，已使用6年，现部分配件已老化，急需更换，为保证设备的正常使用，只能使用原厂配件，其中的注射器活塞，试剂针，样本针，废液泵，K、LC、Na电极等。由贝克曼生化分析仪厂家授权在甘肃的售后服务单位：甘肃诚瑞康医疗科技有限公司进行维保工作。建议采用单一来源方式采购。 专家签字：王 强 日 期：2025.6.12		

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025年6月12日

使用单位	天水市第四人民医院		
项目名称	天水市第四人民医院检验科生化仪器维护保养项目		
采购内容	自动生化分析仪维护保养		
项目金额	4.2 万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	王世禄	主任医师	天水市第一人民医院
专家论证意见	拟采购的生化仪维护保养项目，由于设备运行年限较长存在配件老化，故障增多，因该机适配性备件，软件兼容性要求较高，需要生产厂家授权的“甘肃诚博康医药科技有限公司”提供售后维护维修，以保障设备运行的稳定性和安全性，确保检验数据的准确性，为临床提供有效数据。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条要求，建议采用单一来源方式采购。 专家签字：王世禄 日 期：2025.6.12		

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025年6月12日

使用单位	天水市第四人民医院		
项目名称	天水市第四人民医院检验科生化仪器维护保养项目		
采购内容	自动生化分析仪维护保养		
项目金额	4.2万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	高瑞峰	副主任技师	天水市秦州区人民医院
专家论证意见	申请采购的贝克曼AU5811自动生化分析仪维保项目，该设备运行6年多后配件老化，故障频发。由于该设备技术专业性强，配件适配性、软件兼容性要求高，仅原厂具备提供对应售后服务及原厂配件的能力。甘肃诚瑞康医疗科技有限公司作为授权售后，能精准匹配设备维护需求，保障设备可靠运行，维持医院检验科工作的连续性。采用单一方式采购，符合《政府采购法》相关规定。 专家签字：高瑞峰 日 期：2025.6.12		