

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025年6月12日

使用单位	天水市第四人民医院		
项目名称	天水市第四人民医院 CT 维修服务项目		
采购内容	CT 维修		
项目金额	10.9287 万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	王 强	副主任技师	天水市第三人民医院
专家论证意见	天水市第四人民医院申请采购的GE CT维保项目,需要更换油箱及接触器,因所需配件需与原厂配件相匹配及兼容,必须由GE CT生产厂家指定授权的售后服务单位咸阳博信医疗设备有限公司进行维保,根据政府采购法第三十条规定,建议采购单位,采用单一来源方式采购。 专家签字: 王强 日 期: 2025.6.12		

单一来源采购专家论证意见表

时间： 2025年6月12日

使用单位	天水市第四人民医院		
项目名称	天水市第四人民医院 CT 维修服务项目		
采购内容	CT 维修		
项目金额	10.9287 万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	高瑞祥	副主任医师	天水市秦州区人民医院
专家论证意见	申请采购的GE CT维修服务项目,包括配件和软件服务等维修服务.该设备配件需原厂配件,与其它厂家配件不兼容,具有不可替代性,须使用GE原厂配件及软件技术升级服务,只能采用单一来源方式采购.符合政府采购法第三十一条的规定,由具有合法代理的咸阳博信医疗设备有限公司为该项目提供全程服务. 专家签字: 高瑞祥 日 期: 2025.6.12		

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025年6月12日

使用单位	天水市第四人民医院		
项目名称	天水市第四人民医院 CT 维修服务项目		
采购内容	CT 维修		
项目金额	10.9287 万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	王世禄	主任医师	天水市第一人民医院
专家论证意见	天水市第四人民医院申请采购的GE CT维修项目，需更换油桶及接触器，因兼容性问题需原厂配件，该维修项目因GE生产厂家授权或明博信医疗设备有限公司进行维修 符合《采购法》第三十条建议采购方式为单一来源较为合理。 专家签字：王世禄 日 期：2025.6.12		